



ООО КВАЛИТЕСТ

Аттестат аккредитации на право поверки и калибровки
№ RA.RU.312469 от 16.03.2018.

**Свидетельство о поверке
№ 013287**

Действительно до
«29» апреля 2020 г.

Средство измерений Аппаратура геодезическая спутниковая
Stonex S10A

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

Госреестр № 70967-18

заводской (серийный) номер S10A3570720157
в составе ---

номер знака предыдущей поверки ---
поверено в полном объеме

в соответствии с МП АПМ 45-17, утверждённая ООО «Автопрогресс-М», 17 августа 2017г.

с применением эталонов: эталонный линейный базис 2-го разряда,

3.2.ВЮМ.0024.2019 (Тахеометр электронный TOPCON MS05AX II, № KJ0246, ПГ=(0,2 +0,5•10-6L, I разряд по ГОСТ Р 8.750-2011)

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +13°C,

относительная влажность 32%

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.



Генеральный директор  Богодухов Валерий Анатольевич

Поверитель  Жижняков Виктор Александрович

Дата поверки
«30» апреля 2019 г.