



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(РОССТАНДАРТ)

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101  
Телефон факс: (351) 232-04-01  
E-mail: star@chelccc.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
(ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ")

Регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.311503

**ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  
ПОВЕРКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 51636/2020

Действительно до  
15 ноября 2021 г.

Средство измерений Весы лабораторные электронные АН-620СЕ  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа  
№ 25752-07

заводской (серийный) номер BL121249096

в составе -

номер знака предыдущей поверки 19010213767

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с раздел РЭ Ростест-Москва  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 2.1.ZGA.1459.2019;  
регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 20 °С; относительная  
перечень влияющих факторов,

влажность 49 %; напряжение сети 220 В  
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению  
ненужное зачеркнуть

Знак  
поверки:



Начальник отдела

должность руководителя подразделения  
или другого уполномоченного лица

подпись

Кулюшина Екатерина Валентиновна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Ардушевский Данил Славьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

16 ноября 2020 г.



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101  
Телефон, факс: (351) 232-04-01  
E-mail: stan@chelyabinsk.ru www.chelyabinsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(РОССТАНДАРТ)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
(ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ")

Регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.311503

**ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  
ПОВЕРКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 51635/2020

Действительно до  
15 ноября 2021 г.

Средство измерений

Весы лабораторные электронные АН-620СЕ

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном  
№ 25752-07

фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер BL121249097

в составе -

номер знака предыдущей поверки 19010213768

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с раздел РЭ Ростест-Москва

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 2.1.ЗГА.1459.2019;

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 20 °С; относительная

перечень влияющих факторов,

влажность 49 %; напряжение сети 220 В

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению

ненужное зачеркнуть

Знак  
поверки:



Начальник отдела

должность руководителя подразделения  
или другого уполномоченного лица

Кулюшина  
подпись

Кулюшина Екатерина Валентиновна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Ардушевский  
подпись

Ардушевский Данил Славьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

16 ноября 2020 г.



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(РОССТАНДАРТ)

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101  
Телефон, факс: (351) 232-04-01  
E-mail: stand@chelccsm.ru, www.chelccsm.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
(ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ")

Регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.311503

**ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  
ПОВЕРКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 51637/2020

Действительно до  
15 ноября 2021 г.

Средство измерений

Весы неавтоматического действия HR-100AZG

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном

№ 55204-13

фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 6A7703359

в составе -

номер знака предыдущей поверки 19010213769

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-11

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 2.1.ZGA.1459.2019;

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 20 °С; относительная

перечень влияющих факторов,

влажность 49 %; напряжение сети 220 В

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению

ненужное зачеркнуть

Знак  
поверки:



Начальник отдела

должность руководителя подразделения  
или другого уполномоченного лица

подпись

Кулюшина Екатерина Валентиновна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Ардушевский Данил Славьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

16 ноября 2020 г.



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101  
Телефон, факс: (351) 232-04-01  
E-mail: [stand@chelsm.ru](mailto:stand@chelsm.ru), [www.chelsm.ru](http://www.chelsm.ru)

**ТРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  
ПОВЕРКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(РОССТАНДАРТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
(ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ")

Регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.311503

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 51641/2020

Действительно до  
15 ноября 2021 г.

Средство измерений

Весы электронные настольные МК-6.2

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном

№ 26646-08

фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 152954

в составе -

номер знака предыдущей поверки 19010213770

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с раздел 17 РЭ

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: набор гирь № 17726043 4 разряд;

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 20 °С; относительная

перечень влияющих факторов,

влажность 49 %; напряжение сети 220 В

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению

ненужное зачеркнуть

Знак  
поверки:



Начальник отдела

должность руководителя подразделения  
или другого уполномоченного лица

подпись

Кулюшина Екатерина Валентиновна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Ардушевский Данил Славьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

16 ноября 2020 г.