

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ»)

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул.Энгельса, 101
Телефон, факс: (351) 260-76-43, 232-04-01
E-mail: stand@chelesm.ru www.chelesm.ru

УТВЕРЖДАЮ:

начальника отдела ОПГСИ
по приказу от 01.09.2019
№83-д
Ведущий инженер по метрологии
Е.А. Митрофанова



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 933

Наименование организации Общество с ограниченной
ответственностью "ГЕОСПЕКТР", 7447114995

Наименование детали Прибор для определения коэффициента
фильтрации песчаных грунтов №796

Дата проведения измерений 04 октября 2019 г

Эталоны, применяемые при проведении измерений

штангенциркуль ШЦЦ-1 № 0007130 ПГ(±0,03) мм; прибор измерительный
двухкоординатный ДИП-6 № 950101 (3.1.ЗГА.0582.2013) 4 разряд;
гигрометр Rotronic мод. HL-1D №815080589 ПГ(±3)%; ПГ(±0,3)°С; барометр-
анероид метеорологический БАММ-1 №698 ПГ (±0,2) кПа

Условия проведения измерений : температура воздуха 22,1 °С;
относительная влажность 41,3 %; атмосферное давление 99,59 кПа

Результаты измерений

Контролируемые параметры	Действительное значение контролируемых параметров
Высота фильтрационной трубки	99,06 мм
Внутренний диаметр фильтрационной трубки	56,65мм
Размер ячейки сетки	0,2 мм
Диаметр отверстия на решетке	2,20 мм
Количество отверстий на решетке	89 шт

Измерения проводил

*Инженер по метрологии
2-ой категории
ФБУ «Челябинский ЦСМ»
Н.В. Белова*